



CERTIFICATE

殿

お客様登録ID XXXXXXXX

証明書番号 XXXXXXXX

実施日 202X年 X月 X日

証明書有効期限 202X年 X月 X日

種別 浸透圧分析装置

機種名 オズモステーション OM-6060

S/N 12345678

据付時適格性確認は、アークレイ株式会社の定める手順によって実施、検証、承認された事を証明する。

確認完了事項

1. 梱包内容

●付属品の確認

取扱説明書の梱包内容に記載された付属品・アクセサリ不足がないことを確認

●外観の確認

外観に凹み、キズ、変色等のないことを確認

2. 設置条件

●設置環境の確認

温度 10~30℃ 湿度 20~80%

●水滴や日光、風の直接当たらない場所に設置

3. 電源投入時状態検査

電源を投入し、正常な状態で装置のイニシャライズが行われることを確認

202 年 月 日

アークレイインフィニティ株式会社

〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480

TEL. 050-5830-1008

代表取締役

西野

