



# CERTIFICATE

殿

お客様登録ID XXXXXXXX

証明書番号 XXXXXXXX

実施日 202X年 X月 X日

証明書有効期限 202X年 X月 X日

種別 浸透圧分析装置

機種名 オズモステーション OM-6060

S/N 12345678

温度 X.X °C

湿度 X.X %

以下項目について校正したことを証明する。

## 校正項目

- 電源投入時状態検査  
装置の電源を通常投入し、取扱説明書通りに測定可能な状態になることを確認した。
- 3点校正結果確認  
当社の浸透圧分析装置専用試薬標準液（ARKRAY 標準液）を用い、正常な校正が行われることを確認した。
- 直線性確認  
検査医学標準物質機構製の標準液を用い、各濃度域で直線性が確保されていることを確認した。
- 再現性・正確性確認  
検査医学標準物質機構製の標準液を用い、各濃度域で同時再現性、正確性が確保されていることを確認した。

## 検査医学標準物質機構製の標準液について

- 日本薬局方に規定する「浸透圧測定法（オスモル濃度測定法）・装置校正用オスモル濃度標準液の調製」による。  
塩化ナトリウム標準試薬：JIS K 8005 容量分析用標準物質（500～650°Cで40～50分間乾燥）
- 校正結果証明書  
別紙のとおり

202 年 月 日

アークレイインフィニティ株式会社

〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子 1480  
TEL. 050-5830-1008

代表取締役 西野 正規